

フェリチンコントロール参考値

フェリチンコントロールの参考値を提示しています

Lot No. **EVLABP01**

コントロール名	測定値(ng/mL)	許容幅(ng/mL)
フェリチンコントロール I	53	±7
フェリチンコントロール II	194	±16

*)測定には、日立7170自動分析装置を使用しております。