

フェリチンコントロール参考値

フェリチンコントロールの参考値を提示しています |

Lot No. **EVLA7E01**

コントロール名	測定値(ng/mL)	許容幅(ng/mL)
フェリチンコントロール	47	±7
フェリチンコントロール	181	±16

*)測定には、日立7170自動分析装置を使用しております。