

フェリチンコントロール参考値

フェリチンコントロールの参考値を提示しています

Lot No. **EVLB9801**

試薬名	コントロール名	測定値(ng/mL)	許容幅(ng/mL)
ランピアラテックス フェリチン	フェリチンコントロール I	59	±10
	フェリチンコントロール II	210	±16

試薬名	コントロール名	測定値(ng/mL)	許容幅(ng/mL)
ランピアラテックス フェリチンN	フェリチンコントロール I	59	±10
	フェリチンコントロール II	193	±16

*)測定には、日立7170自動分析装置を使用しております。