


2020年12月17日

お客様各位

 極東製薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町7-8

試験成績書変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品の試験成績書を変更することとなりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容
551-05446-0	バイタルメディア CIX 寒天培地	100 枚
551-05447-7	バイタルメディア CIX 寒天培地	20 枚

2. 変更内容

	変更前	変更後
版数	05447-1	05447-2
pH	7.50~7.65	7.50~7.70

※試験成績書変更の詳細については、別紙『試験成績書変更・見本』をご参照ください。

3. 変更時期

2020年12月17日以降製造分より

以上

