


2022年6月吉日

お客様各位

 極東製薬工業株式会社  
東京都中央区日本橋小舟町7-8

## 製品仕様・電子添文変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品の製造販売業者である平和メディック株式会社より『製品仕様変更のご案内』がございましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### 1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	変更ロット No.
551-68066-9	メディックスワブ植毛綿棒 NA01 輸送チューブ付 鼻咽頭用	20本	220518

### 2. 変更内容

- 綿棒の全長を 151mm から 156mm に変更いたします。
  - 上記変更に伴い、外箱ラベルおよび電子添文記載の該当箇所を変更し、第 2 版へと改訂いたします。
- ※ 詳細は、別紙『製品仕様変更のご案内』をご参照ください。

### 3. 変更時期

変更ロットより

※PMDA 電子添文公開日:2022年5月26日

以上

お得意様各位



岐阜県高山市下切町180

## 製品仕様変更のご案内

謹啓

時下、益々御清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品の仕様を変更することとなりましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### 1. 対象製品


製品コード	製品名	JANコード	医療機器届出番号
4979	メディクスワブ植毛綿棒 NA01 輸送チューブ付	4976558003953	21B2X10012000056

### 2. 変更内容

- ・ 全長(綿棒の長さ)の変更
- ・ 全長変更に伴う、電子添文の改訂
- ・ 全長変更に伴う、外箱ラベルの記載変更


#### 【変更前】

全長:約 151 mm



#### 【変更後】

全長:約 156 mm



※綿棒の長さの変更のみで製品の仕様・性能・価格などに変更はありません。

### 3. 変更時期

- ・ LotNo.220518 より変更いたします。
- ・ PMDA 電子添文公開日:2022年5月26日

以上