


2021年5月17日

お客様各位

 極東製薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町7-8

プライマー・プローブ 試薬チューブ変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品の製造販売元である東洋紡株式会社より『「ジーンキューブ® HQ SARS-CoV-2」チューブ変更のご案内』がございましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	変更ロット No.
551-69453-6	ジーンキューブ® HQ SARS-CoV-2	96テスト	1252

2. 変更内容

プライマー・プローブ試薬に使用しているチューブの形状、色を変更いたします。

※全自動遺伝子解析装置 GENECUBE® へのセット時の影響、製品の性能および価格の変更はございません。

※詳細につきましては、別紙『「ジーンキューブ® HQ SARS-CoV-2」チューブ変更のご案内』をご参照ください。

3. 変更時期

変更ロット以降より

以上

お客様各位
代理店様各位

「ジーンキューブ® HQ SARS-CoV-2」 チューブ変更のご案内

東洋紡株式会社
診断システム事業部

謹啓、時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび弊社製品に使用しております容器について、下記の通り変更を行います。
対象となる容器は、プライマー・プローブ試薬に使用しておりますチューブ(形状・色)となります。
GENECUBE へのセット時の影響、製品の性能および価格の変更はございません。
ご高配を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

2021年4月

記

●使用容器の変更(プライマー・プローブ試薬)

- 商品名 ジーンキューブ® HQ SARS-CoV-2 (QGCOV-596)
- 包装変更時期 2021年4月販売予定のLot. 1252 から
- 現状(ラベル貼付前)

現在までの容器

Lot.1252 以降の容器



○注意点

- ・チューブ形状、色が異なります(試薬内容に変更はありません)。

●お問い合わせ先

東洋紡 診断システム事業部
大阪市北区堂島浜二丁目2番8号
TEL:06-6348-3335

ご不明な点は弊社製品情報担当者、もしくは上記お問い合わせ先に問い合わせください。

以上