


2021年9月13日

お客様各位

 極東製薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町7-8

酵素液 B チューブ変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品の製造販売元である東洋紡株式会社より『「ジーンキューブ® HQ SARS-CoV-2」チューブ変更のご案内』がございましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	変更ロット No.
551-69453-6	ジーンキューブ® HQ SARS-CoV-2	96テスト	1501

2. 変更内容

酵素液 B のチューブ(容器)のキャップ色を、白から透明へ変更いたします。

※2021年2月に変更案内を行いました 酵素液 B 容器のキャップを従来品へ戻す変更です。キャップ色の変更のみであり、製品の性能および価格の変更はございません。

※詳細につきましては、別紙『「ジーンキューブ® HQ SARS-CoV-2」チューブ変更のご案内』をご参照ください。

3. 変更時期

2021年9月販売予定の変更ロット以降より

以上

別紙

極東製薬工業株式会社 御中

「ジーンキューブ® HQ SARS-CoV-2」 チューブ変更のご案内

東洋紡株式会社
診断システム事業部

謹啓、時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたび下記の通り、弊社製品に使用しております容器の変更について、ご案内させていただきます。
このたび変更するチューブは2021年2月に案内を行いました酵素液Bの容器について、従来使用していましたチューブへの変更になります。そのため、製品の性能および価格の変更はございません。
ご高配を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

2021年 9月


記

●使用容器の変更

- 商品名 ジーンキューブ® HQ SARS-CoV-2 (QGCOV-596)
- 対象パーツ 酵素液Bの容器
- 包装変更時期 2021年9月販売予定のLot.1501から
- 現状(シール貼付前)

現在までの容器

Lot.1501以降の容器



○注意点

- ・チューブキャップの色が変更になりますが、製品性能の変更はございません。

●お問い合わせ先

東洋紡 診断システム事業部
大阪市北区堂島浜二丁目2番8号
TEL:06-6348-3335

ご不明な点は弊社製品情報担当者、もしくは上記お問い合わせ先に問い合わせください。

以上