

2023年10月吉日

お客様各位

 極東製薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町7-8

使用説明書変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品に関しまして株式会社シノテストより『TP/ALB 標準血清 使用説明書改訂のご案内』がございましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容	変更後の 使用説明書の版数
551-49407-5	TP/ALB 標準血清	3mL×1	9版

2. 変更内容

- 製品の販売終了に伴い、使用説明書より「ラボメイト ALB」「ラボシード II ALB」「ラボメイト TP」の表示値を削除いたします。
 - 上記変更に伴い、版数を第9版に更新いたします。
- ※ 詳細は、別紙『TP/ALB 標準血清 使用説明書改訂のご案内』をご参照ください。

3. 変更時期

対象ロット:I346、2023年11月流通予定分より

※ 在庫状況により、流通予定時期は変動する可能性があります。

以上

2023年10月

極東製薬工業株式会社 御中



TP/ALB標準血清 使用説明書改訂のご案内

謹啓 時下ますますご清祥の段お喜び申し上げます。平素は格別のご厚情を賜り深く御礼申し上げます。

この度、弊社製品の使用説明書を下記の通り変更いたしますのでご案内申し上げます。詳細は別紙の変更点をご参照ください。なお、製品名、統一商品コード、容量、処方内容等については一切変更ございません。

引き続きご愛顧賜ります様謹んでお願い申し上げます。

敬白

記

1. 変更内容

製品の販売終了に伴い「ラボメイト ALB」「ラボシードII ALB」「ラボメイト TP」の表示値を削除いたします。

2. 対象製品情報

統一商品コード	商品名	規格	対象ロット	流通予定時期
326049264	TP/ALB 標準血清	3 mL×1	I346	2023年11月

※流通予定時期は、製品の在庫状況により若干変動する可能性があります

3. お問い合わせ先

株式会社シノテスト カスタマーサポート
神奈川県相模原市南区大野台 5-16-41
TEL 0120-66-1141

以上

【別紙】

(変更前)

別表		製造番号: F345
試薬名	表示値	基準とする標準品
アキュラスオート TP (総蛋白)	7.20 g/dL	SRM 927 (NIST)
ラボシードII TP	7.21 g/dL	SRM 927 (NIST)
ラボメイト TP	7.21 g/dL	SRM 927 (NIST)
アキュラスオート ALB II	4.21 g/dL	ERM-DA470k/IFCC (IRMM)
ラボシードII ALB	4.11 g/dL	ERM-DA470k/IFCC (IRMM)
ラボメイト ALB	4.11 g/dL	ERM-DA470k/IFCC (IRMM)

(変更後)

別表		製造番号: J344
試薬名	表示値	基準とする標準品
アキュラスオート TP (総蛋白)	7.13 g/dL	SRM 927 (NIST)
ラボシードII TP	7.26 g/dL	SRM 927 (NIST)
アキュラスオート ALB II	4.23 g/dL	ERM-DA470k/IFCC (IRMM)