この使用説明書をよく読んでからご使用下さい。

＊平成 27 年 1 月改訂（第 2 版）
351140-2　平成 22 年 1 月作成（第 1 版）

フェリチンキャリブレーター

＊【全般的な注意】
1. 定められた操作法、並びに条件以外でのご使用はお避け下さい。
2. 使用説明書に記載された操作方法以外については保証いたしません。
3. 本品はヒト肝臓由来成分を使用しております。原料については、ドナーレベルで HBs 抗原、HCV 抗体、HIV 抗体陰性であることが確認されていますが、患者検体と同様に感染の可能性があるものとして十分注意して取扱って下さい。
4. 使用に際しましては、必ず測定装置の添付文書または取扱い説明書をお読み下さい。また、詳細は機器メーカーにお問い合わせ下さい。測定装置は使用前に洗浄するなど、十分に調整して下さい。
5. 本品には防腐剤としてアジ化ナトリウムが 0.09%含まれています。誤って飲み込んだりしないように十分注意して下さい。万一、飲み込んでしまった場合、すぐに吐き出して水でうがいをして下さい。体に異常がみられた場合、医師に相談して下さい。

【形状・構造等（キットの構成）】
フェリチンキャリブレーター　6 濃度　ヒト肝臓由来フェリチン

【使用目的】
本品は、ランピア ラテックス フェリチン N（製品コード 58801）と併用してキャリブレーションを行う為の標準品です。

【用法・用量（操作方法）】
そのまま使用して下さい。

【表示値】
各バイアルに表示

【使用上または取扱い上の注意】
1. 取扱い上（危険防止）の注意
   (1) 検体には HBV、HCV、HIV 等の病原体が存在している場合がありますので、感染の危険性があるものとして十分注意して取扱って下さい。
   (2) 本品を取扱う場合には、必ず白衣、マスク、保護メガネ、手袋等を着用して下さい。
   (3) 転倒等により本品を漏出または飛散させた場合は、アルコール綿で拭き取った後、その周辺を十分に消毒して下さい。
   (4) 本品を取扱う場合は、感染の可能性があるものとして、口によるピペット操作はしないで下さい。
2. 使用上の注意
   (1) 本品はランピア ラテックス フェリチン N 専用の標準品です。他の測定試薬では使用しないで下さい。対象試薬の添付文書を参照して使用して下さい。
   (2) 本品は凍結を避け、貯蔵方法に従い保存して下さい。凍結させた試薬は、品質が変化して正しい結果が得られないことがありますので使用しないで下さい。
   (3) 本品を長時間室温に放置した場合、品質が変化して正しい結果が得られないことがありますので、貯蔵方法に従い保存して下さい。
   (4) 容器の破損が認められたもの、または容器内に異物が認められた場合は使用しないで下さい。
   (5) 有効期限を過ぎたものは使用しないで下さい。
3. 廃棄上の注意
   (1) 試薬及び検査に使用した検体や器具等は、感染の危険がありますので、以下のいずれかの処理を行って下さい。
      1) 2%グルタルアルデヒド溶液に 1 時間以上浸漬する。
      2) 0.5%次亜塩素酸ナトリウム溶液に 1 時間以上浸漬する。
      3) オートクレーブで 121℃、30 分以上高圧蒸気滅菌する。
   (2) 試薬は含有するアジ化ナリウムが金属と反応して爆発性のアジ化金属、酸と反応して有毒かつ爆発性のアジ化水素酸を生成することがありますので、廃棄の際は大量の水で流して下さい。
   (3) 試薬及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規制に従って処理して下さい。

【貯蔵方法・有効期間】
1. 貯蔵方法　2～10℃で保存
2. 有効期間　12 ヶ月

【包装】

製品コード	品名	包装内容
48594	フェリチンキャリブレーター	1mL×6 濃度　各 1 本

【問い合わせ先】
極東製薬工業株式会社　営業学術部
〒103-0024　東京都中央区日本橋小舟町 7-8
電話 03(5645)5664
FAX 03(5645)5703

製造販売元　極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333−26
本 社 住 所　東京都中央区日本橋小舟町7−8