2007 年 2 月作成（第二版）

シスタチン C　標準品

本品は、FT ラテックス　シスタチン C 検量線作成用の標準物質です。
本品のシスタチン C 濃度は、バイアルラベルに表示してあります。

【使用法】
本品を、サンプルカップ等に移し、標準物質として使用します。

【使用上、又は取扱上の注意】
1. 誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は、水で十分に洗い流すなどの応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。
2. ロットの異なる標準品は混和しないで下さい。
3. 本品にはアジ化ナトリウムが含まれていますが、法的に毒物として取り扱われる濃度ではありません。アジ化ナトリウムは鉛・銅などの金属と反応して爆発性の化合物を生成する危険性がありますので、本品を廃棄する場合は、十分な水道水で流すなどの注意をしてください。
4. 期限切れの標準品は使用しないで下さい。

【貯　法】
２～１０℃で保存。

【有効期間】
製造日から２年間。
使用期限は個装箱に表示。

【包　装】
６濃度（各濃度 0.5mL×1 本）

販売元
極東製薬工業株式会社
〒103-0024　東京都中央区日本橋小舟町７－８

製造販売元
バイオリンクス株式会社
〒224-0065　神奈川県横浜市都筑区高山１８－６