**改訂 2022 年 5 月（第 4 版）
*改訂 2020 年 10 月（第 3 版）

ご使用に際してはこの説明書をよく読んでからご使用ください。

ジーンキューブ®専用

溶解液

［全般的な注意］

ア．本品は、ジーンキューブ®専用　溶解液であり、全自動遺伝子解析装置 GENECUBE®及び適合試薬を用いた検査以外の目的に使用しないでください。

イ．本品の使用に際して、説明書以外の使用目的及び使用方法でご使用されて得られた測定結果については保証を致しかねます。

ウ．安全データシート（SDS）は末尾記載の問い合わせ先に請求し、ご確認ください。

［キットの構成］

1．溶解液　　10mL X 4 本

［使用目的］

本品は、検査のための検体を簡便に処理します。本品で処理した液は、GENECUBE®を用いた検査に使用します。

［使用方法等］*

本品の使用方法は、対応する GENECUBE®専用の体外診断用医薬品の添付文書の記載を参照してください。

［取扱い上又は使用上の注意］

1．取扱い上の注意

(1) 検体は感染性を有するものとして、各施設の安全管理規程に従って、適切な個人防護具(手袋、マスク、防護衣など)を着用し、十分注意して取扱ってください。

(2) 本品は強アルカリ性です。眼や口に入らないよう、また皮膚に付着しないよう注意し、試薬が誤って皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水で洗い流してください。

(3) 試薬が飛散した場合には軽く拭き取った後、エタノールを湿らせたキムワイプ®などでもう一度拭き取ってください。※1

(4) 検体を含む溶液が飛散した場合は手袋とマスク着用の上、エタノールなどの消毒液を使用してしっかりと拭き取ってください。

※1 「キムワイプ」は、キンバリー・クラーク社の登録商標です。

2．使用上の注意

(1) 試薬は専用のものを使用し、他の目的に転用しないでください。

(2) 本品は必ず保管方法に従って保存し、凍結させたり、室温を超える温度に放置したりしないでください。また、保管方法以外の条件で保存した製品は使用しないでください。

(3) 容器等に破損や汚染の疑いがある場合は、使用しないでください。

(4) 有効期限を過ぎた製品は使用しないでください。

3．廃棄上の注意

(1) 本品の残液や使用後の廃液は、各施設のバイオハザード取扱い規定を遵守して廃棄してください。

(2) 使用後の容器及び器具類は、医療廃棄物などに関する規定及び水質汚濁防止法などの規制に従って、処理してください。

［保管方法・有効期間・包装単位］

製品名	保管方法	有効期間	包装単位
ジーンキューブ®専用 溶解液	室温保存	24 ヶ月 （期限は外箱に表示）	10mL×4 本

TOYOBO

［問い合わせ先］**
東洋紡株式会社　診断システム事業部
〒530-0001　大阪市北区梅田一丁目 13 番 1 号
大阪梅田ツインタワーズ・サウス
TEL　06-6348-3335　FAX　06-6348-3833