

品質規格

極東製薬工業株式会社
品質保証部
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26
TEL:0293-23-0910

製品名	極東 ペプトン-A		
作成日	2018年4月1日	規格番号	06
品質規格			
試験項目	規格		
(1)外箱包装	異常を認めない		
(2)直接容器	異常を認めない		
(3)内容物	異常を認めない		
(4)性状	白色～淡黄色の粉末		
(5)臭い	特異な臭い		
(6)溶解性	澄明に溶解する		
(7)pH	5.5～6.5		
(8)塩化物	1.0%以下		
(9)アミノ態窒素	2.0%以上		
(10)乾燥減量	7.0%以下		
(11)灰分	15.0%以下		
(12)総窒素量	10.0%以上		
備考：品質等についてはやむを得ず内容を変更する場合がありますので、予めご承知下さい。			